



ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д.
Сектор "Завод Топчидер"
Лабораторија за испитивање квалитета и здравствена исправност производа
11000 Београд, Теодора Драјзера 11
011/2667 222; zavodtopcider@jugoinspekt.rs; www.jugoinspekt.rs
МБ 07018215 ПИБ 100045292 ЈБКЈС 82435



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU 03-25-5404/8

Datum izdavanja izveštaja: 03.10.2025

Informacije u vezi korisnika:			
Naziv i adresa korisnika usluge:	Just Superior doo Beograd Braće Nedić 15 11000 Beograd (Vračar) Beograd-Vračar		
Podnosilac zahteva / naloga	Korisnik usluga		
Zahtev:	/ od: 23.09.2025	Veza sa:	/
Lice / Inspektor:	/		
Vlasnik / Uvoznik:	Just Superior doo Beograd		
Špedicija:	/		
Informacije o uzorku:			
Uzorak:	Vege Čoko granule: Vege Čoko granule 250g		
Datum prijema:	24.09.2025	Stanje uzorka:	Odgovara
Lokacija uzorkovanja:	/		
Način dostave uzorka:	preuzet od korisnika		
Informacije dobijene od korisnika:			
Serijski br. i lot:	L232504		
Proizvođač / Poreklo:			
Datum proizvodnje:	/	Rok upotrebe:	Oktobar 2026
Inostrani dobavljač:	/		
Transportno sredstvo:	/		
Količina neto:	/	Količina bruto:	/
Dodatne informacije:	Uvozi, pakuje i stavlja u promet: Just Superior doo Beograd		
Zahteva se:	Mikrobiološko ispitivanje, Teški metali		

Izveštaj odobrio:
Goran Vučković, spec.sanitarne hemije



Izjave:

- Rezultati ispitivanja se odnose samo na uzorak koji je ispitivan.
- Laboratorija je odgovorna za sve informacije koje su sadržane u Izveštaju o ispitivanju, sem informacija dobijenih od korisnika.
- Izveštaj ne sme da se reprodukuje, osim u celosti, bez odobrenja laboratorije.

Instrumentalna ispitivanja		Delovodni broj:		03-25-5404/8	
Rezultati ispitivanja		Datum:		03.10.2025	
Vege Čoko granule: Vege Čoko granule 250g					
Datum početka ispitivanja: 24.09.2025.					
RB	Parametar	Utvrđena vrednost	Referentna vrednost	Metoda	Tehnika
1	Olovo (Pb) (mg/kg)	< 0.2	max 0.2	JUP 010102-113	ICP OES
2	Kadmijum (Cd) (mg/kg)	< 0.04	max 0.1	JUP 010102-113	ICP OES
Rezultati ispitivanih parametara za "Sadržaj olova i kadmijuma" su USAGLAŠENI sa zahtevima propisanim u čl. 2, prilog 1 Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani ("Sl. glasnik RS", 73/24, 90/24, 47/25 i 61/25).					
Primenjeno Pravilo odlučivanja 1 -binarno- prosto prihvatanje					

Datum završetka ispitivanja: 30.09.2025.

Rezultate kontrolisao:
Tatjana Laketić, diplomirani hemičar



Rezultate odobrio:
Goran Vučković, spec.sanitarne hemije

Mikrobiološka ispitivanja	Delovodni broj:	03-25-5404/8
Rezultati ispitivanja	Datum:	03.10.2025
Vege Čoko granule: Vege Čoko granule 250g		

Datum početka ispitivanja: 24.09.2025.

RB	Parametar	Utvrđena vrednost	Referentna vrednost	Metoda
1	Listeria monocytogenes I jedinica (cfu/g) (ALOA (37 °C, 48±4 h))	< 10	m=M=100	SRPS EN ISO 11290-2:2017
2	Listeria monocytogenes II jedinica (cfu/g) (ALOA (37 °C, 48±4 h))	< 10	m=M=100	SRPS EN ISO 11290-2:2017
3	Listeria monocytogenes III jedinica (cfu/g) (ALOA (37 °C, 48±4 h))	< 10	m=M=100	SRPS EN ISO 11290-2:2017
4	Listeria monocytogenes IV jedinica (cfu/g) (ALOA (37 °C, 48±4 h))	< 10	m=M=100	SRPS EN ISO 11290-2:2017
5	Listeria monocytogenes V jedinica (cfu/g) (ALOA (37 °C, 48±4 h))	< 10	m=M=100	SRPS EN ISO 11290-2:2017

Plan uzorkovanja n=5 c=0

n-broj jedinica koji čine uzorak; c-broj jedinica uzorka koje daju vrednosti između m i M; m - granična vrednost ispod koje se rezultat smatra zadovoljavajućim; M-maksimalna vrednost iznad koje se rezultat smatra nezadovoljavajućim

6	Salmonella I jedinica (u 25g) (RVS BROTH (41,5 °C; 24±3 H)/ MKTTN BROTH (37 °C, 24±3 H), XLD/ SCA (37°C, 24±3 H))	Nije izolovano	ne sme da sadrži	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneksa D
7	Salmonella II jedinica (u 25g) (RVS BROTH (41,5 °C; 24±3 H)/ MKTTN BROTH (37 °C, 24±3 H), XLD/ SCA (37°C, 24±3 H))	Nije izolovano	ne sme da sadrži	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneksa D
8	Salmonella III jedinica (u 25g) (RVS BROTH (41,5 °C; 24±3 H)/ MKTTN BROTH (37 °C, 24±3 H), XLD/ SCA (37°C, 24±3 H))	Nije izolovano	ne sme da sadrži	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneksa D
9	Salmonella IV jedinica (u 25g) (RVS BROTH (41,5 °C; 24±3 H)/ MKTTN BROTH (37 °C, 24±3 H), XLD/ SCA (37°C, 24±3 H))	Nije izolovano	ne sme da sadrži	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneksa D
10	Salmonella V jedinica (u 25g) (RVS BROTH (41,5 °C; 24±3 H)/ MKTTN BROTH (37 °C, 24±3 H), XLD/ SCA (37°C, 24±3 H))	Nije izolovano	ne sme da sadrži	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneksa D

Plan uzorkovanja n=5 c=0

n-broj jedinica koji čine uzorak; c-broj jedinica uzorka koje daju vrednosti između m i M; m - granična vrednost ispod koje se rezultat smatra zadovoljavajućim; M-maksimalna vrednost iznad koje se rezultat smatra nezadovoljavajućim

Rezultati ispitivanja za L. monocytogenes su USAGLAŠENI sa zahtevima propisanim u poglavlju 1 tačka 1.2. Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane i mikrobiološkim kriterijumima za hranu ("Sl. glasnik RS" br.30/24)

Rezultati ispitivanja su USAGLAŠENI sa zahtevima propisanim u članu 25., tačka 5 i članu 26, stav 3 Zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br.41/2009, 17/2019) u pogledu odsustva Salmonella spp.

Primenjeno Pravilo odlučivanja 1 –binarno- prosto prihvatanje

Datum završetka ispitivanja:

03.10.2025.

Rezultate kontrolisao:

Dr Julijana Knežević, specijalista
mikrobiologije



Rezultate odobrio:

Goran Vučković, spec.sanitarne hemije